

本次實驗室安全衛生檢查(100.11.23)結果已經出爐了,恭喜各位受

檢實驗室,以下是檢查結果的整理:

受檢 實驗室	檢查缺失
楊子萱 實驗室 (407)	室內地上空瓶太多。
王少君 實驗室 (133)	良好。
黃聖言 實驗室 (401)	1、 無危害物質清單。 2、 物質安全資料表未完整。 3、 缺毒性化學物質運作紀錄表。 4、 無自動檢查表。
許岱欣 實驗室 (503)	1、 自行合成分裝藥瓶未貼標籤。 2、 為使用之鋼瓶有殘壓存在。 3、 緊急疏散標示不明顯。 4、 緊急連絡表須更新,操作人員未戴安全眼鏡。 5、 人員沒有充分了解各種安全資訊與設備。

<p>許岱欣 實驗室 (501)</p>	<p>1、 烘箱電源線未處理完善。 2、 緊急疏散標示不明顯。 3、 物質安全資料表未完整。 4、 操作人員未戴安全眼鏡，工安事件未承報。 5、 人員沒有充分了解各種安全資訊與設備。</p>
<p>洪伯誠 實驗室 (511)</p>	<p>良好。</p>
<p>陳皓君 實驗室 (405)</p>	<p>1、 插座直接放地上。</p>
<p>周禮君 實驗室 (411)</p>	<p>1、 宜宣導藥品標示需清楚。</p>
<p>于淑君 實驗室 (507)</p>	<p>1、 鋼瓶成份應標示清楚。</p>
<p>朱延和 實驗室</p>	<p>1、 臨時性的廢液需標示清楚。 2、 延長線使用需注意安全。</p>

(517)	3、 防火毯放置不當。
魏國佐 實驗室 (127)	1、 廢液桶需緊密鎖緊。 2、 緊急照明設備不亮。
吉凱明 實驗室 (509)	1、 藥品標示未清楚。 2、 藥品櫃內有藥品外洩。