

本次實驗室安全衛生檢查(101.04.11)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢 實驗室	檢查缺失
朱延和實驗 室 (517)	良好。
王崇人實驗 室 (131)	1、 氣瓶未固定好。 2、 冰箱未標食物或藥品使用，應該要分開標 示。
吉凱明實驗 室 (509)	良好。
程中玉實驗 室 (403)	1、鋼瓶需朝外標示清楚。
魏國佐實驗 室 (127)	1、 Hood 下勿放置藥品，藥品應放置在藥品櫃 內。
洪伯誠實驗 室 (511)	良好。
王少君實驗	良好

室 (133)	
周禮君實驗室 室 (411)	良好
曾炳堯實驗室 室 (505)	<ol style="list-style-type: none"> 1、 防爆櫃內藥品需多加注意洩漏情形。 2、 溶劑揮發濃度高，需注意實驗室的通風及抽氣。 3、 鋼品標示標籤應朝外。 4、 電線延長線勿放置於地上。 5、 廢液桶未標示應標示清楚。 6、 滅火器位置建議更換，請聯絡系辦協助改善。 7、 冰箱需標示用途（食品或藥品）。 8、 清洗用酸鹼液勿放置於上風處。
于淑君實驗室 室 (507)	<ol style="list-style-type: none"> 1、 滅火器標示未設置需改善。
許岱欣實驗室 室(501&503)	<ol style="list-style-type: none"> 1、 有機溶劑的使用應該在 hood 內且 hood 的窗門要拉低。 2、 通道物品推積。
胡維平實驗室	<ol style="list-style-type: none"> 1、 延長線勿放置地上。

室 (409)	
李錫隆實驗 室 (417)	1、延長線勿放置地上。