

本次實驗室安全衛生檢查(102.04.17)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
許岱欣實驗室(503、501)	良好。
陳皓君實驗室(405)	良好。
曾炳堯實驗室(505)	良好。
朱延和實驗室(517)	1、 電線延長線過於老化, 建議更換。 2、 自製排煙櫃風量太小。
魏國佐實驗室(127)	1、 良好。
周禮君實驗室(411)	1、 鋼瓶標示應標於正面。 2、 排煙櫃風量太小, 建請檢查。
洪伯誠實驗室(511)	良好。
黃聖言實驗室	良好。

室 (401)	
王少君實驗 室 (133)	良好。
王崇人實驗 室 (131)	良好。
廖儒修實驗 室 (129)	固體及液體廢棄物堆放於 hood 中，建請改善。
李錫隆實驗 室 (417)	良好。
楊子萱實驗 室 (407)	1、 鋼瓶要注意是否過期。 2、 室內空箱過多。 3、 地上堆放空瓶。
吉凱明實驗 室(509)	良好。
胡維平實驗 室(409)	良好。
于淑君實驗 室(507)	1、 插頭線頭勿彎折
程中玉實驗	1、 毒化物未標示並建議要上鎖。

室(403)	2、 鋼瓶無永久固定裝置。 3、 電線延長線勿彎折。
--------	-------------------------------