

本次實驗室安全衛生檢查(102.12.04)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
許岱欣實驗室(503、501)	良好。
陳皓君實驗室(405)	物質安全資料表 pdf 檔需要建立。
曾炳堯實驗室(505)	1、 試管架堆疊。 2、 鋼瓶標示應朝外。 3、 延長線 overload。 4、 緊急疏散無標示。
朱延和實驗室(517)	物質安全資料表 pdf 檔需要建立。
魏國佐實驗室(127)	1、 藥品櫃內藥品堆疊。 2、 藥品冰箱應標示。 3、 緊急疏散無標示。
周禮君實驗室(411)	良好。

洪伯誠實驗室 (511)	良好。
黃聖言實驗室 (401)	1、 廢液放置於排煙櫃下易造成危險。 2、 危害物質清單需補填。
王少君實驗室 (133)	物質安全資料表 pdf 檔需要建立。
王崇人實驗室 (131)	物質安全資料表 pdf 檔需要建立。
廖儒修實驗室 (129)	1、 試管堆疊。 2、 藥品冰箱宜標示。 3、 緊急疏散無標示。
李錫隆實驗室 (417)	良好。
楊子萱實驗室 (407)	物質安全資料表 pdf 檔需要建立
吉凱明實驗室 (509)	1、 緊急疏散無標示。 2、 物質安全資料表 pdf 檔需要建立。
胡維平實驗室 (409)	良好。

于淑君實驗室(507)	物質安全資料表 pdf 檔需要建立。
程中玉實驗室(403)	<ol style="list-style-type: none"><li>1、 鋼瓶需標示清楚並標示朝外。</li><li>2、 物質安全資料表 pdf 檔需要建立。。</li><li>3、 電線延長線勿彎折。</li><li>4、 新進學生應再加強教育。</li></ol>