

本次實驗室安全衛生檢查(103.04.23)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
許岱欣實驗室(503、501)	無危害物質清單。
陳皓君實驗室(405)	良好。
曾炳堯實驗室(505)	1、儲存容器標示不清。 2、鋼瓶標示應朝外。 3、滅火器位置建議更換。
朱延和實驗室(517)	1、缺危害物質清單。
魏國佐實驗室(127)	良好。
周禮君實驗室(411)	1、藥品冰箱藥品無標示。 2、延長線負載太多。 3、Ups 勿放置地上。
洪伯誠實驗室	1、鋼瓶標示應置前面。

室 (511)	<p>2、延長線勿繞折。</p> <p>3、廢液桶未加蓋。</p> <p>4、儲存容器未標示。</p> <p>5、學生對排煙櫃操作未熟悉。</p>
黃聖言實驗室 (401)	<p>1、無毒化物存配置圖。</p> <p>2、無毒化儲放專區標語及警語圖。</p>
王少君實驗室 (133)	缺危害物質清單。
王崇人實驗室 (131)	良好。
廖儒修實驗室 (129)	<p>1、無毒化物存配置圖。</p> <p>2、無毒化儲放專區標語及警語圖。</p> <p>3、220v 電線彎曲太大。</p> <p>1、藥品冰箱宜標示。</p> <p>2、緊急疏散無標示。</p>
李錫隆實驗室 (417)	良好。
楊子萱實驗室 (407)	<p>1、無緊急防災應變器材表單。</p> <p>2、無危害物質清單。</p>

吉凱明實驗室(509)	1、無毒化物存配置圖。 3、無毒化儲放專區標語及警語圖。 3、無緊急防災應變器材表單。
胡維平實驗室(409)	良好。
于淑君實驗室(507)	無緊急防災應變器材表單。
程中玉實驗室(403)	良好。