

本次實驗室安全衛生檢查(103.11.26)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
胡維平實驗室 (409)	良好。
洪伯誠實驗室 (511)	排煙櫃異常。(已訂 12/26 處理)
廖儒修實驗室 (129)	1、毒化物存放配置圖需補貼。(補上) 2、毒化物儲放專區標示及警語圖需補貼。(補上) 3、高壓氣體瓶無使用, 需請廠商回收。 4、防火毯無標示。(已補上了) 5、缺危害物質清單及物質安全資料表。(已補上了)
于淑君實驗室 (507)	良好。
周禮君實驗室 (411)	1、排煙櫃風力太弱。(12/26 檢查) 2、排煙櫃無定期檢查。
王崇人實驗室	良好

室 (131)	
王少君實驗 室 (133)	良好
魏國佐實驗 室 (127)	1、空瓶堆積。
吉凱明實驗 室 (509)	1、無留存毒化物紀錄表。 2、無排煙櫃檢查表。
程中玉實驗 室 (403)	良好。
黃聖言實驗 室 (401)	1、藥品放置排煙櫃。
朱延和實驗 室 (417)	1、有部份藥品未標示(冰箱)。 2、延長線建議更新。
曾炳堯實驗 室 (505)	1、廢液桶需緊密(瓶口)。
許岱欣實驗 室(503)	1、延長線需更換。 1、排煙櫃玻璃門故障未維修。
李錫隆實驗 室(417)	緊急照明故障。

楊子萱實驗室(407)	<ol style="list-style-type: none"><li>1、緊急照明故障。</li><li>2、有機溶劑廢液桶未放置儲存櫃。</li><li>3、無危害物質清單及毒物運作紀錄表。</li><li>4、實驗室人員無充分了解各種工安資訊與設施。</li></ol>
陳皓君實驗室(405)	<ol style="list-style-type: none"><li>1、危害物質清單無紙本。</li></ol>