

本次實驗室安全衛生檢查(104.05.06)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢 實驗室	檢查缺失
胡維平實驗 室(409)	1、補實驗室緊急防災應變器材表。
洪伯誠實驗 室(511)	良好。
廖儒修實驗 室(129)	1、毒化物存放配置圖需改進。 2、毒化物儲放專區標示及警語圖需改進。 3、高壓氣體瓶無使用, 需請廠商回收。 4、缺危害物質清單及物質安全資料表。 5、排煙櫃風速不足(統一由系辦處理)
于淑君實驗 室(507)	良好。
周禮君實驗 室(411)	1、學生辦公室電線(延長線)需整理。
王崇人實驗 室(131)	良好

王少君實驗室 (133)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、毒化物存放配置圖找不到。</li> <li>2、危害物質清單暫無。</li> </ul>
魏國佐實驗室 (127)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、良好。</li> </ul>
吉凱明實驗室 (509)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、良好。</li> </ul>
程中玉實驗室 (403)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、危害物質清單暫無。。</li> </ul>
黃聖言實驗室 (401)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、無防火毯。</li> </ul>
朱延和實驗室 (517)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、有機溶劑用完未歸位。</li> <li>2、鋼品未標示清楚。</li> <li>3、延長線使用負載太重。</li> <li>4、操作排煙櫃未將 hood 降至安全高度。</li> </ul>
曾炳堯實驗室 (505)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、排煙櫃風速不足(統一由系辦處理)。</li> <li>2、受檢學生不知自動檢查表及相關資訊。</li> </ul>
許岱欣實驗室 (503)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、新冰箱毒化物未標明。</li> <li>2、排煙櫃風速不足(統一由系辦處理)。</li> <li>3、毒化物及自動檢查表未完整。</li> </ul>

李錫隆實驗室(417)	1、緊急防災應變表需補。
楊子萱實驗室(407)	1、廢液放置走道。 2、照明設備需維修。 3、緊急防災應變表需補。
陳皓君實驗室(405)	1、良好。