

本次實驗室安全衛生檢查(105.04.27)結果已經出爐了, 恭喜各位受

檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
胡維平實驗室 (409)	1、良好。
洪伯誠實驗室 (511)	1、緊急照明需更修。
廖儒修實驗室 (129)	1、藥品一罐未依規定標示清楚。 2、缺緊急應變器材表單。
于淑君實驗室 (507)	1、缺毒性化學物質運作紀錄表。 2、缺危害物資清單。
周禮君實驗室 (411)	1、毒物櫃未上鎖。
王崇人實驗室 (131)	1、良好。
王少君實驗室 (133)	1、酸鹼勿放置同一櫃。
魏國佐實驗室	1、毒物櫃需上鎖。

室 (127)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、鋼瓶標示需朝外。</li> <li>3、儲存場所無明顯標示。</li> <li>4、Sds 需備紙本。</li> </ul>
吉凱明實驗室 (509)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、部份延長線老舊需更換。</li> <li>2、滅火器未歸定位。</li> <li>3、排煙櫃門故障未維修。</li> </ul>
程中玉實驗室 (403)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、酸鹼未分類。</li> <li>2、sds 未簽名。</li> </ul>
黃聖言實驗室 (401)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、缺毒化物配置圖。</li> <li>2、缺危害物質清單。</li> <li>3、缺毒性化學物質運作紀錄表。</li> </ul>
朱延和實驗室 (517)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、良好。</li> </ul>
曾炳堯實驗室 (505)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、酸鹼未分類。</li> </ul>
許岱欣實驗室 (503)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、室外陽台需整理。</li> <li>2、延長線太老舊。</li> </ul>
李錫隆實驗室	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、良好。</li> </ul>

室(417)	
楊子萱實驗室 室(407)	1、毒化物需與其他藥品分開存放。 2、實驗室緊急防災應變器材表單應張貼於明顯處。 3、Sds 需留存紙本。
陳皓君實驗室 室(405)	1、毒化物未標示。 2、鋼瓶標示需朝外。 3、滅火器未歸位。 4、Sds 需紙本。
游景晴實驗室 室(501)	1、缺一個滅火器。 2、危害物質清單未簽名。