

本次實驗室安全衛生檢查(104.11.18)結果已經出爐了,恭喜各位受

檢實驗室,以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
胡維平實驗室 (409)	1、補實驗室緊急防災應變器材表。
洪伯誠實驗室 (511)	物質安全資料表需更新。
廖儒修實驗室 (129)	1、照明設備故障需維修。 2、缺緊急應變器材表單。
于淑君實驗室 (507)	1、補緊急應變器材表單。 2、缺危害物資清單。
周禮君實驗室 (411)	1、鋼品有一個未固定。
王崇人實驗室 (131)	1、酸鹼勿放置同一櫃。
王少君實驗室 (133)	1、酸鹼勿放置同一櫃。
魏國佐實驗室	1、防爆櫃內藥品有堆疊情況。

室 (127)	2、 氫鋼瓶殘氣需處理。
吉凱明實驗 室 (509)	1、 良好。
程中玉實驗 室 (403)	1、 良好。。
黃聖言實驗 室 (401)	1、 缺毒化物配置圖。 2、 缺毒化物警語圖。
朱延和實驗 室 (517)	1、 缺緊急應變器材表單。 2、 缺定期檢查及維護表。
曾炳堯實驗 室 (505)	1、 固體毒化物未標示。 2、 建議濃縮機的插座需分離。 3、 建議冷藏藥品可多加盒蓋。 4、 缺定期檢查與維護表。
許岱欣實驗 室(503)	1、 冷凍冰箱毒化物標示及警語未標明。 2、 延長線建議更換。 3、 毒化物運作紀錄表未完整。
李錫隆實驗 室(417)	1、 良好。
楊子萱實驗	1、 毒化物未標示。

室(407)	2、緊急防災應變表需補。
陳皓君實驗室 室(405)	1、缺危害物質清單。