


109 年 5 月份化學暨生物化學系 實驗室安全衛生檢查結果報告

系主任：



承辦人：



本次實驗室安全衛生檢查(109.05.20)結果已經出爐了, 恭喜各位受檢實驗室, 以下是檢查結果的整理:

受檢實驗室	檢查缺失
王少君實驗室 (133)	1、建議延長線不要放置在地上。
陳皓君實驗室 (405)	1、實驗室內通道有物品堆積。
曾炳堯實驗室 (505)	1、藥品櫃建議清潔。 2、建議藥品外封袋更新。 3、建議毒化物配置圖張貼於門口。 4、部分鋼瓶為固定。 5、實驗室緊急防災器材表單應準備。
魏國佐實驗室 (127)	1、有機溶劑擺放位置不妥。 2、實驗室內通道有物品堆積。
于淑君實驗室 (507)	良好。
程中玉實驗室 (403)	1、實驗室緊急防災器材表單應準備。 2、自動檢查表應定時執行

<p>游景晴實驗室(501)</p>	<p>1、物品堆置高處有跌落風險，應就現場狀況重新評估。</p> <p>2、毒化物儲存櫃應上鎖。</p> <p>3、實驗室管理者和毒化物管理者，對法規及 SDS 應有明確的了解。</p>
<p>林群欽實驗室(401)</p>	<p>1、毒化物儲存櫃應上鎖。</p> <p>2、藥物放置抽氣櫃下方，平時抽氣功能應打開，避免揮發影響健康。</p> <p>3、實驗室管理者和毒化物管理者，對法規及 SDS 應有明確的了解。</p>