

109 年化學暨生物化學系實驗室 安全衛生檢查結果報告

系主任：



承辦人：



何時執行複檢？

通知 2月初複檢

廖

本次實驗室安全衛生檢查(109.12.24)結果如下:

受檢 實驗室	檢查缺失
胡維平實驗 室(409)	1、良好。
洪伯誠實驗 室(511)	1、良好
廖儒修實驗 室(129)	1、無緊急防災應變器材表單 2、未更新自動檢查表 3、毒化物運作紀錄未每月更新
于淑君實驗 室(507)	1、藥品部分小瓶未標示。 2、藥品櫃門沒關 3、儲存容器1桶未標示清楚 4、自動檢查安全資訊部分人員不了解
周禮君實驗 室(411)	1、良好
王崇人實驗 室(131)	1、毒物配置圖和警語標示加強。
王少君實驗	1、不同藥性勿放置同一櫃。

室 (133)	2、氣體揮發藥品須放置排風櫃
陳彥伶實驗 室 (127)	1、毒物配置圖、標示警語不清楚。 2、自動檢查與安全資訊部分不了解。
程中玉實驗 室 (403)	1、實驗室緊急防災應變器材表單應張貼。 2、壓力容器一年內無檢查。
林群欽實驗 室 (401)	1、消防設施無明顯標示。
朱延和實驗 室 (517)	1、良好。
曾炳堯實驗 室 (505)	1、藥品重新裝袋。 2、鋼瓶需加強固定。
許岱欣實驗 室 (503)	1、乾燥劑 GHS 沒標示清楚。 2、冰箱毒化物配置圖不合格 3、儲存容器內容物沒標示清楚
李錫隆實驗 室 (417)	1、良好。

楊子萱實驗 室(407)	1、良好。
陳皓君實驗 室(405)	1、走道紙箱堆積過多。
游景晴實驗 室(501)	1、無自動檢查表